

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną MEDICODENT Katarzyna Pietrkiewicz 25-435 Kielce, ul. Zapolskiej 5 na zdrowie ludzi i na środowisko.

Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki; zezwolenie nr NHR.9026.2.1.2020 z dnia 27.03.2020 wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wykorzystaniem aparatów:

1. diagnostyczny, stomatologiczny wewnątrzustny, stacjonarny ProX; producent Planmeca, nr fabryczny IPX017304, rok prod. 2015 – gabinet stomatologiczny 25-435 Kielce, ul. Zapolskiej 5 - decyzja na uruchomienie aparatu nr NHR.9026.11.2016 z dnia 14.04.2016 wydana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

2. diagnostyczny, stomatologiczny panoramiczny, stacjonarny ProMax; producent Planmeca, nr fabryczny RPXV2052127, rok prod. 2017 – gabinet stomatologiczny 25-435 Kielce, ul. Zapolskiej 5 - decyzja nr NHR.9026.1.35.2017 z dnia 26.06.2017 wydana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

3. diagnostyczny, stomatologiczny wewnątrzustny, stacjonarny Intra; producent Planmeca, nr fabryczny IXRF049081 – gabinet stomatologiczny 25-406 Kielce, ul. Konopnickiej 5 - decyzja na uruchomienie aparatu nr SE.XVIa-451/276/DPk/09 z dnia 22.06.2009 wydana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy środowiskowych i indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv.

Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonane przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok.
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

Na podstawie pomiarów dozymetrycznych stwierdza się, że działalność ta w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownie nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych, ponieważ aparaty RTG nie posiadają takich właściwości.